

特長




オイルフリーミニコンプレッサー & 酸素濃度センサー内蔵屋外設置可能なモデルです

<防滴構造で屋外設置可能>

<業界初！マイコン制御・LCD表示>

運転中の酸素ガス純度、積算運転時間を監視してLCD(表示器)に表示し、純度異常やコンプレッサーにトラブルが発生すれば、表示器に原因を表示します。

～装置状態をLCDに表示～



※コンプレッサートラブルの場合は
停止します。
※純度異常アラーム出力が必要な場合は
注文時にお受けいたします。

<低騒音高寿命設計>

実績のある低騒音高寿命のオイルフリーコンプレッサー(1台～4台)を搭載し、防音効果の高い構造により静かな環境でも使用できます。

- 変圧器を内蔵(オプション)することにより海外でも使用可能です。
- 第2種圧力容器の適用範囲外です。
- 装置保証1年間(コンプレッサーは4,000時間)



ITO-08-2

仕様

型式	酸素濃度 (%)	酸素発生量 (NL/min) ()内60Hz	吐出圧力 (MPa) ()内60Hz	コンプレッサー出力 (kW)	電源	寸法 (W×D×H)mm	重量 (kg)
ITO-02-1(2)屋外	90%以上	2.5 (2.5)	0.1 (0.12)	0.3	型式末尾:1 AC100～110V 型式末尾:2 AC200～220V 単相 50/60Hz	490×670×975	65
ITO-04-1(2)屋外		4.0 (4.4)		0.4		510×700×975	70
ITO-08-1(2)屋外		8.0 (8.8)		0.8	570×820×1,075	100	
ITO-12-2屋外		12.0 (13.2)		1.2	AC200～220V 単相 50/60Hz	690×850×1,425	150
ITO-16-2屋外		16.0 (17.6)		1.6			180

※1.上記性能は環境温度20℃での参考値です。

※本カタログの内容は予告無く変更することがあります。

2015.9 Rev.3 <ADR>



本 社 〒564-0042 大阪府吹田市穂波町 12-43
 東京支店 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-32-10 月安第2ビル3階
 中部支店 〒448-0853 愛知県刈谷市高松町 1-29 ハートヒルズ刈谷ビル 2階B
 九州営業所 〒803-0856 福岡県北九州市小倉北区弁天町 5-2 内山南小倉駅前ビル 303
 株式会社 IBS URL : <http://www.ask-ibs.jp/> E-mail : info@ask-ibs.jp

TEL : 06-6155-6816 FAX : 06-6155-6817
 TEL : 03-5615-0234 FAX : 03-5615-0235
 TEL : 03-5615-0234 FAX : 03-5615-0235
 TEL : 093-581-5505 FAX : 093-562-6633